

# Dickenmessgerät Digital Taschenausführung Modell 3825



## Produktbeschreibung

Taschenausführung  
Messflächen gehärtet  
geschliffen und geläppt  
Batterie SR44  
inkl. Etui

Best.-Nr.	Messweg mm	Auflösung mm	Bügeltiefe mm	Anzeige
3825 0015	15	0,01	20	Digital
3825 0025	25		120	

## Zubehör

Best.-Nr.	Produktbezeichnung	
8326 0050	Werks Kalibrierung Dickenmessgeräte bis 50 mm in einem DAkkS akkreditiertem Prüflabor Inkl. PDF Werks-Kalibrierschein rückführbar auf DKD / DAkkS Normal	
8327 0050	DAkkS Kalibrierung Dickenmessgeräte bis 50 mm in einem DAkkS akkreditiertem Prüflabor inkl. PDF DAkkS Kalibrierschein	



2022-08-09